

Замовник: Державна установа «Інститут патології крові та трансфузійної медицини Національної академії медичних наук України»  
 Код ЄДРПОУ: 02012088  
 Адреса: Україна, 79044, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 45  
 Категорія: Підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі»

### ОБґРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

№ з/п	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)	Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення	Ідентифікатор закупівлі	Обґрунтування	
				технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	очікуваної вартості закупівлі
1	2	3		4	5
1	ДК 021:2015: 33170000-2 — Обладнання для анестезії та реанімації ЛОТ 1 Апарат штучної вентиляції легенів НК 024:2023: 47244 — Апарат штучної вентиляції легенів загального призначення для інтенсивної терапії	4 534 199,93	UA-2024-07-16-008505-a	різні типи пацієнтів: немовля (ДО 2-100 мл), дитина (ДО 20-300 мл) дорослий (ДО 100-2000 мл); - потужна безшумна турбіна, не залежить від джерела стиснутого повітря; - комплектується необхідними контурами, зволожувачем повітря - можливість транспортувати приладу разом з пацієнтом; - різні типи пацієнтів: немовля (ДО 2-100 мл), дитина (ДО 20-300 мл) дорослий (ДО 100-2000 мл); - потужна безшумна турбіна, не залежить від джерела стиснутого повітря; - комплектується необхідними контурами, зволожувачем повітря - можливість транспортувати приладу разом з пацієнтом; - режими HFNC, СЛР, динамічні легені, інструменти рекуртингового маневру (RM), інструменти P-V та визначення CO <sub>2</sub> ; - україномовне програмне забезпечення приладу.	Очікувана вартість закупівлі формувалась на підставі загальнодоступної відкритої інформації про вартість предмета закупівлі, інформації з отриманих комерційних пропозицій та інформації з прайсів на момент вивчення ринку.

				<p>- Частота дихання - 0, 1~150 ударів в хвилину з допуском <math>\pm 1</math> удар в хвилину або <math>\pm 5\%</math>, - Дихальний об'єм 0~3000 мл з допуском <math>\pm 3</math> мл й об'єм 0~3000 мл з допуском <math>\pm 3</math> мл</p>	
--	--	--	--	---	--