

Замовник: Державна установа «Інститут патології крові та трансфузійної медицини Національної академії медичних наук України»  
 Код ЄДРПОУ: 02012088  
 Адреса: Україна, 79044, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 45  
 Категорія: Підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі»

### ОБґРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі  
 (на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

№ з/п	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)	Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення	Ідентифікатор закупівлі	Обґрунтування	
				технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	очікуваної вартості закупівлі
1	2	3		4	5
1	ДК 021:2015: 42930000-4 Центрифуги, вальцювальні машини чи торгові автомати (42931100-2 Лабораторні центрифуги та приладдя до них) НК 024:2023 - 35881 Цитологічна центрифуга, НК 024:2023 - 36465	1 499 781.00	UA-2024-07-26-004298-a	Об'єм камери 0,5 мл Завантаження 12 скелець До 6000 обертів/хв час роботи від 1 до 99 хв Автоматичне визначення ротора, замок кришки та утримання Розміри 370x430x260 мм Вага 25 кг Комплект: • Ротор на 12 скелець, закритий • Металеві затискачі для скелець, 12 шт. • Багаторазова цитологічна воронка (12 шт.) • Багаторазові картки-фільтри для цитологічної воронки 200 шт. • Цитологічні скельця одинарні без покриття (100 шт.)  Місткість – 24 гелеві карти.	Очікувана вартість закупівлі формувалась на підставі загальнодоступної відкритої інформації про вартість предмета закупівлі, інформації з отриманих комерційних пропозицій та інформації з прайсів

	Настільна універсальна центрифуга			Швидкість та тривалість центрифугування оптимізовані для гелевих карток Across. Рідкокристалічний дисплей. Візуальне та звукове сповіщення при закінченні центрифугування, у разі неправильного завантаження ротора або несправності.	на момент вивчення ринку.
--	---	--	--	---	---------------------------