

Замовник: Державна установа «Інститут патології крові та трансфузійної медицини Національної академії медичних наук України»
Код ЄДРПОУ: 02012088
Адреса: Україна, 79044, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 45
Категорія: Підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі»

ОБґРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

№ з/п	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)	Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення	Ідентифікатор закупівлі	Обґрунтування	
				технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	очікуваної вартості закупівлі
1	2	3		4	5
1	ДК 021:2015: 38430000-8 Детектори та аналізатори, ЛОТ 1 - Інкубатор для тромбоцитів крові у комплекті з перемішувачем тромбоцитів крові НК 024:2023 – 45226 Інкубатор для тромбоцитів крові у комплекті з перемішувачем тромбоцитів крові;	678 000,00	UA-2024-08-29-000736-a	Пристрій повинен бути призначений для зберігання тромбоцитів протягом 5-7 діб. Пристрій повинен мати можливість розміщення всередині шейкера для тромбоцитів ємкістю на 48 доз тромбоцитів Пристрій повинен мати можливість підключення шейкеру. Тобто в середі повинен бути роз'єми для підключення шейкеру Система повинна бути розрахована для підтримання температурного режиму зберігання тромбоцитів 20 °С ~ 24 °С Пристрій повинен бути оснащена сигналізацію та замком Пристрій повинен бути оснащена навісними скляними дверцятами Пристрій повинен бути оснащена колесиками для переміщення Пристрій повинен бути оснащена цифровим екраном та принтером Пристрій повинен бути оснащений LED індикатором	Очікувана вартість закупівлі формувалась на підставі загальнодоступної відкритої інформації про вартість предмета закупівлі, інформації з отриманих комерційних пропозицій та інформації з прайсів на момент вивчення ринку.

			<p>Пристрій повинен бути оснащений SD-картою для завантаження програмного забезпечення, та зберігання усіх температурних та робочих даних</p> <p>До інкубатору повинен входити в комплект шейкер (перемішувач) тромбоцитів на 48 доз.</p> <p>Шейкер (перемішувач) тромбоцитів повинен бути сумісним з інкубатором для тромбоцитів.</p> <p>Шейкер (перемішувач) тромбоцитів повинен бути обладнаний 8-а полицками.</p> <p>Інструкція з експлуатації повинна бути на українській мови</p>	
--	--	--	---	--