

Замовник: Державна установа «Інститут патології крові та трансфузійної медицини Національної академії медичних наук України»
Код ЄДРПОУ: 02012088
Адреса: Україна, 79044, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 45
Категорія: Підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі»

ОБґРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

№ з/п	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)	Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення	Ідентифікатор закупівлі	Обґрунтування	
				технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	очікуваної вартості закупівлі
1	2	3		4	5
1	ДК 021:2015: ДК 021:2015 38950000-9 Обладнання для полімеразної ланцюгової реакції (код НК 024:2023 – 20653 Бокс біологічної безпеки класу II)	737 151,00	UA-2024-09-01-000155-a	Призначений для захисту зразка, оператора на навколишнього середовища; Клас боксу: II Матеріал робочої поверхні — нержавіюча сталь марки 304 або 316 Головний та вихлопний фільтр HEPA H14 (99,995% утримання часток 0,3 мкм) Нахил фронтального скла від 7° до 10° для забезпечення комфортних умов для оператора; Фронтальне скло повинно підійматись для забезпечення легкого очищення; Бокс повинен бути оснащений УФ лампою; Бокс повинен бути оснащений стендом-підставкою; Кольоровий сенсорний дисплей; Моторизований механізм підйому фронтального скла;	Очікувана вартість закупівлі формувалась на підставі загальнодоступної відкритої інформації про вартість предмета закупівлі, інформації з отриманих комерційних пропозицій та інформації з прайсів на момент вивчення ринку.

				<p>Відображення швидкості притоку та вертикального потоку повітря; Автоматична система компенсації повітряних потоків; Акустична та візуальна сигналізація при помилках; Наявність таймеру роботи УФ-лампи; Габаритні розміри не більше ніж: Ш 1400 мм x Г 870 мм x В 1550 мм; Розмір робочої зони не менше ніж: Ш 1200 мм x Г 460 мм; Рівень шуму не більше 60 дБ(а); Освітлення робочої зони не гірше ніж 900 Люкс; Наявність CE сертифікації; Наявність інструкції користувача українською мовою; Гарантійний термін не менше 12 місяців; Наявність сервісного центру в Україні;</p>	
--	--	--	--	---	--