

Замовник: Державна установа «Інститут патології крові та трансфузійної медицини Національної академії медичних наук України»
 Код ЄДРПОУ: 02012088
 Адреса: Україна, 79044, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 45
 Категорія: Підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі»

ОБґРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

№ з/п	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)	Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення	Ідентифікатор закупівлі	Обґрунтування	
				технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	очікуваної вартості закупівлі
1	2	3		4	5
1	ДК 021:2015:33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (код НК 024:2023 – 43434 Розморожувач плазми крові)	955 724,00	UA-2024-09-05-000804-a	<p>Пристрій повинен бути призначений для розморожування плазми, клітин крові та тромбоцитів</p> <p>Пристрій повинен забезпечувати постійне та рівномірне нагрівання замороженої плазми, клітин крові та тромбоцитів</p> <p>Пристрій повинен відстежувати температуру всередині контейнера з плазмою та контролювати час розморожування протягом усього процесу</p> <p>Пристрій повинен бути оснащеним сенсорним екраном, та забезпечувати відображення температури в режимі реального часу</p> <p>Пристрій повинен підключатися до джерела живлення, джерела рідини та стоком для відведення рідини.</p> <p>Температура розморожування регулюється від 25 до 42 °С</p> <p>Місткість: 12 контейнерів по 200 мл</p>	Очікувана вартість закупівлі формувалась на підставі загальнодоступної відкритої інформації про вартість предмета закупівлі, інформації з отриманих комерційних пропозицій та інформації з прайсів на момент вивчення ринку.

				<p>Час розморожування: не більше 30 хвилин при повному завантаженні</p> <p>Пристрій повинен бути оснащеним контейнером для контролю якості</p> <p>Пристрій повинен мати компактні розміри і вагу.</p> <p>Вага близько 45 кг.</p> <p>Розміри близько 730 x 450 x 370 мм</p> <p>Гарантійний строк експлуатації становить 1 рік.</p> <p>Інструкція з експлуатації повинна бути на українській мові</p>	
--	--	--	--	---	--