

Замовник: Державна установа «Інститут патології крові та трансфузійної медицини Національної академії медичних наук України»

Код ЄДРПОУ: 02012088

Адреса: Україна, 79044, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 45

Категорія: Підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі»

ОБґРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

№ з/п	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)	Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення	Ідентифікатор закупівлі	Обґрунтування	
				технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	очікуваної вартості закупівлі
1	2	3		4	5
1	ДК 021:2015 – 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (33186200-9 Апарати для підігріву крові та рідин) код НК 024:2023 - 47616 Апарат для кондуктивного підігрівання крові/інфузійних розчинів	245 960,00	UA-2024-09-30-004855-a	Пристрій повинен бути призначений для нагрівання крові, продуктів крові, рідких ліків, рідини для промивання та фізіологічного розчину Тип нагрівача РТС- нагрівач (із захистом від перегріву Компактні розміри та вага : Зовнішні розміри не більше (ДхШхВ), мм 600x700x900. Вага нетто, не більше кг 60 Номинальна потужність, Вт130 Температурний діапазон, °С + 26 ~ 50 °С Пристрій повинен бути обладнаний сигналізацією	Очікувана вартість закупівлі формувалась на підставі загальнодоступної відкритої інформації про вартість предмета закупівлі, інформації з отриманих комерційних пропозицій та інформації з прайсів на момент вивчення ринку.