

Замовник: Державна установа «Інститут патології крові та трансфузійної медицини Національної академії медичних наук України»
Код ЄДРПОУ: 02012088
Адреса: Україна, 79044, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 45
Категорія: Підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі»

ОБґРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

№ з/п	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)	Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення	Ідентифікатор закупівлі	Обґрунтування	
				технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	очікуваної вартості закупівлі
1	2	3		4	5
1	ДК 021021:2015: 33160000-9 — «Устаткування для операційних блоків», НК 024:2023:36117-Гнучкий відеоколоноскоп багаторазового використання	4 424 900,00	UA-2024-10-17-015032-a	Н170LІдеальне рішення для рутинної колоноскопії. Зображення в режимі HD TV і наявність режиму вузькоспектральної візуалізації (NBI) дозволяють розширити діагностичні можливості досліджень. А наявність змінної жорсткості ендоскопа дозволяє налаштувати ендоскоп індивідуальному порядку для відповідності унікальним анатомічним особливостям пацієнта і перевагам в методах роботи лікаря. Технічні характеристики: Кут поля зору - 40° Напрямок огляду - пряме Глибина різкості - 2-100 мм Діаметр дистального кінця - 12,8 мм Регульована жорсткість ендоскопа Вигин дистальної частини Вгору / вниз - 180/180; Вліво / вправо - 160 Зовнішній діаметр вводить частини - 12,8 мм Загальна довжина - 2005 мм Діаметр інструментального каналу - 3,7 мм Машина стерильно-дезінфекційна, автоматична для гнучких ендоскопів на 1 ендоскоп.	Очікувана вартість закупівлі формувалась на підставі загальнодоступної відкритої інформації про вартість предмета закупівлі, інформації з отриманих комерційних пропозицій та інформації з прайсів на момент вивчення ринку.