

Замовник: Державна установа «Інститут патології крові та трансфузійної медицини Національної академії медичних наук України»

Код ЄДРПОУ: 02012088

Адреса: Україна, 79044, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 45

Категорія: Підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі»

ОБґРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

№ з/п	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)	Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення	Ідентифікатор закупівлі	Обґрунтування	
				технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	очікуваної вартості закупівлі
1	2	3	2	4	5
1	ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання; НК 024:2023: 48046 — Дефібрилятор зовнішній автоматичний для використання непередбаченими особами, що живиться від акумуляторної батареї; НК 024:2023: 47366 — Аспіраційна система, що живиться від електромережі, для невідкладної допомоги	210 470,00	UA-2024-10-24-016840-a	Зовнішній дефібрилятор: Тип пацієнта Дорослий, дитина, немовля (до 25 кг); Енергія розряду Дорослі: 200 Дж, Немовлята та діти: 50 Дж; Форма хвилі дефібриляції Двофазний усічений експоненційний сигнал ВТЕ з компенсацією імпедансу; Вказівки та інструкція Детальні голосові підказки, кольорові ілюстрації для вказівок; Коучинг з реанімації Голосовий коучинг; Екран 7 дюймовий кольоровий TFT, 800 x 480 пікс; Батарея одноразовий довготривалий акумулятор; Час роботи від акумулятора 4/5 років роботи в режимі очікування з встановленим акумулятором; Мінімум 200 розрядів або чотири години роботи; Портативний аспіратор: Максимальний вакуум 80 Кпа (600 мм рт. ст.); Можливості регулювання вакууму 0 – 80 кПА; Швидкість перекачування 24 л/хв; Рівень шуму ≥70 Дб; Резервуар 1000 мл; Вбудований акумулятор: 14,8 В, 2600 мАг, автономна робота > 20 хв (стандарт);	Очікувана вартість закупівлі формувалась на підставі загальнодоступної відкритої інформації про вартість предмета закупівлі, інформації з отриманих комерційних пропозицій та інформації з прайсів на момент вивчення ринку.

				14,8 В, 5200 мАг, автономна робота > 40 хв (опція); Бортове живлення 12В;	
--	--	--	--	--	--